



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

dodatečná informace č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka elektromagnetického systému“

zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401

zastoupeným prof. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

na základě tohoto vysvětlení nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek

Dotazy ze dne 18.5.2020:

Dotaz č. 1

Jaký je důvod zvolení konkrétního rozměru armatury o průměru 156 mm?

Odpověď:

Zadavatel netrvá na průměru armatury 156 mm. Může být i jiný rozměr.

Dotaz č. 2

Jakou část vibrační stolice chcete akreditovaně kalibrovat? Je případně myšleno provést akreditovanou kalibraci pouze kontroleru?

Odpověď:

Snímač je nutno kalibrovat tak, aby bylo možné realizovat akreditované zkoušky.

V Jihlavě 21. 5. 2020