



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

dodatečná informace č. 2

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka elektromagnetického systému“

zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401

zastoupeným prof. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

na základě tohoto vysvětlení se mění lhůta pro podání nabídek, a to do 17.6.2020 do 10:00 hod.

Dotazy ze dne 24. 5. 2020:

Dotaz č. 1

Jaký je důvod požadované rezonance armatury 3800 Hz? Je možné poskytnout zadání vibrační zkoušky, kde je tento parametr požadován? Akceptujete rezonanci armatury 3200 Hz?

Odpověď:

Zadavatel požaduje co nejvyšší hodnotu velikosti rezonance armatury, aby bylo co nejširší spektrum využití vibrační stolice pro realizaci zkoušek. Zadání konkrétních zkoušek požadovaných zákazníkem neposkytujeme, toto není předmětem výběrového řízení. V technické specifikaci a požadavcích předmětu dodávky, která je součástí dokumentace výběrového řízení, je uveden požadavek rezonance armatury 3800 Hz.

Dotaz č. 2

Můžete detailněji specifikovat požadovanou modulaci zesilovače v rozsahu 0-10 Hz?

Odpověď:

Požadavek modulace zesilovače v rozsahu 0-10 Hz je popsán dostatečně jednoznačně.

Dotaz č. 3

Vzduchovými izolátory je myšleno vzduchové odpružení budiče vibrací zamezující přenos vibrací přes konstrukci budiče do podlahy laboratoře?

Odpověď:

Ano.

Změna zadávací dokumentace – článek XIII. bod 4)

Článek XIII. bod 4) Zadávací dokumentace se mění a nově zní následovně:

- 4) Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.6.2020 v 10:00 hodin.**

V Jihlavě 25.5.2020