



**Vysoká škola
polytechnická
Jihlava**



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

dodatečná informace č. 3

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka elektromagnetického systému“

zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401

zastoupeným prof. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

na základě tohoto vysvětlení nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek

Dotazy ze dne 26. 5. 2020:

Dotaz č. 1

Dle mého názoru je technická specifikace vibračního systému mířená na jednoho konkrétního výrobce, kde se shoduje hned v několika parametrech.

U těchto parametrů jsou uvedeny konkrétní hodnoty, nikoliv přípustná rozmezí umožňující účast i jiných výrobců vibračních systémů. Vycházím z běžně dohledatelného datového listu jednoho nejmenovaného výrobce. Je proto možné akceptovat u konkrétních parametrů následující rozmezí?

- Peak sinusové síly: 2,2 kN a vyšší
- Poloviční sinusová rázová síla: 3,1 kN a vyšší
- Rychlost (sinusový vrchol): 1,5 m/s a vyšší
- Rezonance armatury 3 800 Hz s tolerancí +/- 10%
- Průměr armatury: 156 mm s tolerancí +/- 20 %

Odpověď:

Veřejná zakázka není mířená pouze na jednoho výrobce. Na průměr armatury a rezonanci armatury již zadavatel odpovídal Dodatečnou informací č. 1 a 2, ostatní technické parametry není možné měnit.

V Jihlavě 28.5.2020