



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

dodatečná informace č. 1

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka trhačky 150 kN“

zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401

zastoupeným prof. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

na základě tohoto vysvětlení nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek

Dotaz ze dne 13. 8. 2021:

Dotaz:

Zadavatel požaduje, aby nové zařízení bylo kompatibilní se stávajícím video Extenzometrem 2 (AVE) značky Instron. Tento požadavek však může splnit pouze jeden dodavatel a může se jednat o požadavek diskriminační vůči ostatním dodavatelům.

Z toho důvodu vznášíme dotaz, zda zadavatel bude akceptovat, místo kompatibility stávající video průtahoměru s novým zařízením, dodání plně nového video průtahoměru, který bude splňovat všechny požadované parametry jako stávající Extenzometr 2 značky Instron.

Odpověď:

„Důvodem požadavku na kompatibilitu se stávajícím vybavením je maximální využití již pořízené výzkumné infrastruktury na jejíž pořízení byly použity veřejné finance z rozpočtu ČR. V žádném případě není možné tento požadavek považovat za diskriminační. Možnost, kterou navrhuje fi. LaborTech, kdy by spolu se zařízením dodala i nový videoprůtahoměr není akceptovatelná. Není předmětem zakázky dublovat stávající zařízení, navíc by bylo nutné k zařízení používat další ovládací a vyhodnocovací SW.

V Jihlavě 13. 8. 2021